



ВАТТМЕТРЫ-СЧЕТЧИКИ ОБРАЗЦОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЭ6802	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>13548-93</u> Взамен № _____
---	--

Выпускаются по техническим условиям: ТУ 25-7565.010-93.

Назначение и область применения

Ваттметры-счетчики образцовые трехфазные ЦЭ6802 (в дальнейшем - ОВС) предназначены для измерения активной мощности и энергии в трех- и четырехпроводной трехфазной, двухпроводной однофазной сети переменного тока и для измерения реактивной мощности и энергии в трехфазной сети переменного тока, для поверки электронных одно- и трехфазных счетчиков активной энергии и для поверки электронных трехфазных счетчиков реактивной энергии.

Описание

ОВС представляет собой аналого-цифровое устройство с предварительным преобразованием мощности в аналоговый сигнал и дальнейшим преобразованием его в частоту, с помощью встроенной микропроцессорной системы (в дальнейшем - МПС) производится дальнейшая обработка частотных сигналов. МПС формирует управляющие и синхронизирующие сигналы для всех блоков ОВС. По командам МПС производится автокалибровка по образцовым сигналам от встроенного источника опорных напряжений и вычисление результата преобразования с учетом поправок, полученных при поверке ОВС и сохраняющихся в энергонезависимом запоминающем устройстве.

Исполнение ОВС: обычное, экспортное, тропическое.

Основные технические характеристики

Номинальные значения напряжения входных параллельных цепей:
 фазные - $100/\sqrt{3}$, $220/\sqrt{3}$, $380/\sqrt{3}$ В;
 линейные - 100, 220, 380 В.

Номинальные значения силы тока входных последовательных цепей - 1 и 5 А.

Диапазон рабочих значений:
 тока - от 0,01 до 1,5 $I_{\text{ном}}$;
 напряжения - от 0,8 до 1,15 $U_{\text{ном}}$;
 коэффициента мощности - 0,5 емк. - 1,0 - 1,5 инд.;
 (-0,5 емк.) - (-1,0) - (-0,5 инд.)

Габаритные размеры ОВС, не более 450x440x290 мм.

Масса ОВС, не более 27 кг.

Класс точности измерения активной мощности, энергии - 0,05;
 класс точности измерения реактивной мощности, энергии - 0,1.

Измерение токов, напряжений, вывод погрешностей до 8 поверяемых счетчиков.

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания - не менее 5000 ч.

Средний срок службы 8 лет.

Знак утверждения типа

Изображение знака утверждения типа наносится на панель ОВС и в эксплуатационной документации на титульных листах.

Комплектность

В комплект поставки ОВС входит: паспорт ИНЕС.411151.001 ПС и инструкция по поверке ИНЕС.411151.001 ИЗ, которая поставляется по требованию организаций, производящих регулировку и поверку .

Поверка

Ваттметр-счетчик образцовый трехфазный ЦЭ6802 Инструкция по поверке ИНЕС.411151.001 ИЗ (согласованная с ВНИИМ им. Д.И.Менделеева 10.11.92 г.)

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки ваттметра-счетчика образцового трехфазного ЦЭ6802:

рабочий эталон единицы электрической мощности;

вольтметр В7-34А;

частотомер электронно-счетный ЧЗ-54;

генератор сигналов специальной формы Г6-33;

экранный дисплей СМ 7209/MERA 7953 Z .

Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ТУ 25-7565.010-93 Ваттметры-счетчики образцовые трехфазные ЦЭ6802. Технические условия

Заключение

Тип ваттметров-счетчиков образцовых трехфазных ЦЭ6802 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации. Обязательной сертификации не подлежит.

Изготовитель: ОАО «Концерн Энергомера»

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а, тел. (8652) 35-67-45

Генеральный директор

ОАО «Концерн Энергомера»



В.И.Поляков