



## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
СНИЦ. 406131.001РЭ	Манометр ДМ-2001		
	Техническое описание и руководство по эксплуатации	1 экз.	
СНИЦ. 406 131.001 ПС	Паспорт	1 экз.	
	Ключ к часовому приводу	1 шт.	
	Узел пишущий специальный УПС-23/Д	1 шт.	

## ПОВЕРКА

Поверка манометров самопишущих ДМ-2001 производится в соответствии с методикой МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры и мановакуумметры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

Технические условия ТУ 4212-014-00225578-96 «Манометр самопишущий ДМ-2001»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип манометров самопишущих ДМ-2001 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОАО «Теплоконтроль»

АДРЕС:

215500 г.Сафоново Смоленской области Ленинградская,18

Генеральный директор  
ОАО «Теплоконтроль»

В.Н.Иванов

