



СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора
ФГУ «Брянский ЦСМ»

А.Б.ПОША

2007 г.

ПИПЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ К СОЭ-МЕТРУ ПС/СОЭ-01-«МиниМедПром»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23385-01</u> Взамен № _____
---	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 9443-005-52876351-2002

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки стеклянные к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01-«МиниМедПром» (далее пипетки) предназначены для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов.

Пипетка входит в состав прибора СОЭ-метр ПР-3, применяемого в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения.

ОПИСАНИЕ

Пипетка представляет собой прямую капиллярную трубку с зашлифованным нижним торцом. Вдоль капилляра нанесена шкала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений высоты столба плазмы, мм	0-90
Цена деления шкалы, мм	1,0
Ширина штрихов шкалы, мм, не более	0,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины интервалов между любым и начальным штрихами шкалы пипетки, мм	$\pm 0,5$
Внутренний диаметр капиллярной трубки пипетки, мм	$1,2 \pm 0,2$
Габаритные размеры пипетки, мм:	
- длина, не более	174,5
- внешний диаметр	от 4 до 6
Масса пипетки, кг, не более	0,012
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от 10 до 35
- относительная влажность при 25°С, не более, %	80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Пипетка	МИДП. 418539.001	100
Этикетка	МИДП. 418539.001 ЭТ	1
Коробка	МИДП. 321.312.005	1

ПОВЕРКА

Поверка пипетки производится по методике поверки МИДП. 418539.001, согласованной ГЦИ СИ ВНИИОФИ 21 мая 2002 г.

При проведении поверки применяют следующие средства:

- штриховая мера длины (контрольная линейка КЛ), 1020 мм, ЦД 0,2 мм;
- калибры предельные «Пр» 1,0+0,02 и «Не» 1,4-0,02;
- лупа измерительная ЛИЗ-10, ГОСТ 25706-83, ЦД 0,1 мм.

Поверка - первичная.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип – Пипетки стеклянные к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ООО "МиниМедПром", 242600, г. Дятьково Брянской обл.,
ул. Ленина, д. 182, корп. 5,
тел. (48333) 3-44-05; факс (48333) 3-27-02.

Директор ООО "МиниМедПром"



Ю.В.АХРАМЕЕВ