



В.С. Александров  
2008 г.

<p><b>Устройства Toxitest</b> (модификации Toxitest, Toxitest II)</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23699-08</u> Взамен № <u>23699-02</u></p>
---	--

Выпускаются по технической документации фирмы «CMI Inc.», США.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства Toxitest (далее – устройства) предназначены для приготовления газовых смесей паров этанола в воздухе, используемых при проведении поверки, калибровки и градуировке анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, а так же при проведении их испытаний, в том числе для целей утверждения типа.

Устройства применяются в качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.578-2002.

Область применения – метрологическое обеспечение анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе.

### ОПИСАНИЕ

Устройства являются стационарными приборами циклического действия.

Принцип действия устройств основан на барботировании воздуха с постоянным расходом через терmostатированный водный раствор этанола с известным содержанием этанола. При барботировании через водный раствор этанола воздух насыщается парами этанола и воды. Массовая концентрация этанола в получаемой парогазовой смеси на выходе устройств определяется содержанием этанола в используемом водном растворе.

Конструктивно устройства состоят из блока управления, соединенного с емкостью для водного раствора этанола. В емкость с раствором установлены: электронагреватель, термометр, перемешиватель раствора и контрольный термометр. На верхней панели блока управления расположены: индикатор готовности устройства к работе, окно для визуальной проверки температуры раствора по контрольному термометру, штуцер подачи воздуха «AIR IN», штуцер выхода газовой смеси «VAPOR OUT» и тумблер включения.

Устройства применяются в комплекте с государственными стандартными образцами состава водных растворов этанола, которые поставляются с устройствами и в дальнейшей эксплуатации по отдельным заказам.

Модификации устройств различаются фирмами-поставщиками, конструктивных отличий не имеют.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные метрологические характеристики устройств приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон воспроизведения массовой концентрации этанола в газовых смесях, мг/м <sup>3</sup>	Пределы допускаемой погрешности воспроизведения массовой концентрации этанола в газовых смесях	
	абсолютной	относительной
40 – 80	± 4 мг/м <sup>3</sup>	–
св. 80 – 2000	–	± 5 %

Примечание – Устройства применяются в комплекте с государственными стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (№ 8789-2006 по Госреестру ГСО РФ. Диапазон массовой концентрации этанола от 0,10 до 6,0 мг/см<sup>3</sup>; границы относительной погрешности при Р=0,95: ± 1 %). В качестве источника воздуха используется поверочный нулевой газ – воздух в баллонах под давлением по ТУ 6-21-5-82.

- 2 Объем водного раствора этанола, см<sup>3</sup>: 500 ± 20.
- 3 Водный раствор этанола термостатируется при номинальной температуре, °С: 34,0.
- 4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания температуры водного раствора этанола, °С: ± 0,2.
- 5 Время прогрева устройств после замены водного раствора этанола, мин: не более 60.
- 6 Параметры газовой смеси на выходе устройств:
- объемный расход газовой смеси (задается пользователем), дм<sup>3</sup>/мин: от 6 до 12;
  - максимальный объем газовой смеси без замены водного раствора этанола, дм<sup>3</sup>: 12;
  - относительная влажность газовой смеси, %: не менее 90.
- 7 Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В: 220 ± 22.
- 8 Потребляемая мощность, Вт: не более 45.
- 9 Габаритные размеры, мм:
- длина: не более 180;
  - высота: не более 210;
  - ширина: не более 180.
- 10 Масса, г: не более 1000.
- 11 Условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 20 до 25;
  - диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80;
  - диапазон атмосферного давления, кПа: от 84,0 до 106,7;
  - пространственное положение – горизонтальное с отклонением не более 10° в любом направлении;
  - воздействие прямых солнечных лучей должно отсутствовать.
- 12 Средний срок службы, лет: 8.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и на устройства в виде наклейки.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки устройств приведена в таблице 2.

**Таблица 2**

№ п/п	Наименование	Количество
1	Устройство Toxitest	1 шт.
2	Государственные стандартные образцы состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (№ 8789-2006 по Госреестру ГСО РФ) с паспортами	3 шт.
3	Мундштук квадратный	5 шт.
4	Паспорт	1 экз.
5	Руководство по эксплуатации	1 экз.
6	Методика поверки МП-242-0611-2007	1 экз.

### ПОВЕРКА

Проверка осуществляется в соответствии с документом МП-242-0611-2007 «Устройства Toxitest (модификации Toxitest, Toxitest II). Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 06 декабря 2007 г.

Основные средства поверки:

- эталонный оптико-акустический комплекс аппаратуры А10, входящий в состав Государственного первичного эталона единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-01;
- эталоны сравнения – газовые смеси  $C_2H_5OH/N_2$  в баллонах под давлением (эталонный материал ВНИИМ № 06.02.026 по МИ 2590-2006).

Межповерочный интервал – 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 1 ГОСТ 8.578-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах».
- 2 Техническая документация фирмы - изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип устройств Toxitest (модификации Toxitest, Toxitest II) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**Изготовитель:** фирма «CMI Inc.», США  
316E, 9th street, Owensboro, KY 42303, tel./fax: 1-800-835-0690

**Поставщики:**

устройств Toxitest II – ООО «Синтез СПб», 191036, г. Санкт-Петербург, 1-я Советская , д. 10, лит.А, пом. 2-Н  
тел./факс: (812) 456-22-96

устройств Toxitest – ООО «СИМС-2», 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7, офис 706  
тел./факс: (495) 792-31-90

Руководитель научно-исследовательского  
отдела государственных эталонов  
в области физико-химических измерений  
ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Л.А. Конопелько

**Представитель организации-заявителя:**

Председатель Совета директоров ООО «Синтез СПб»  
(официальный представитель фирмы «CMI Inc.» в России)



А.С. Сидоров