

СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора -  
главный метролог

ФГУ "Брянский ЦСМ"

С.Г. МОРОЗОВ

"22" декабря 2003г.

ПИПЕТКИ С ОДНОЙ  
ОТМЕТКОЙ ( Мора )

2-2-5

2-2-10

2-2-10,77

2-2-25

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений

Регистрационный № 86384-04

Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускаются по ГОСТ 29169-91 "Посуда лабораторная  
стеклянная. Пипетки с одной отметкой".

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки предназначены для измерения объемов жидкостей  
при проведении лабораторных исследований.

#### ОПИСАНИЕ

Пипетка стеклянная с одной градуировочной отметкой  
состоит из резервуара с всасывающей и сливной трубками.

Сливной кончик конусный.

Концы пипетки оплавлены.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	:	П И П Е Т К И						
	:	2-2-5	:	2-2-10	:	2-2-10,77	:	2-2-25

Номинальная вместимость, мл	5	10	10,77	25
Предел допускаемой погрешности, мл	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,06$
Исполнение	2	2	2	2
Габаритные размеры :				
- общая длина , мм , не более	410	450	450	530
- длина сливной трубки , мм , не менее	145	160	160	220
- диаметр резервуара, мм, не более	12	16	16	24
- длина всасывающей трубки, мм , не менее	150	160	160	170
Масса пипетки, г , не более	26	30	30	30

### Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха,  $^{\circ}\text{C}$  , от 10 до 35
- относительная влажность при  $25^{\circ}\text{C}$  , % , не более 80

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят :

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Пипетка	2-2-5	40
Пипетка	2-2-10	20
Пипетка	2-2-10,77	20
Этикетка	МИД.725235.002 ЭТ	I
Коробка	МИД.321312.043	I (на каждый тип)
Пипетка	2-2-25	10

## ПОВЕРКА

Поверку проводят по методике поверки МИД.725235.002 МП, согласованной ФГУ "Брянский ЦСМ" в декабре 2003г.

При проведении поверки применяют следующие средства:

- линейка 0-600мм ГОСТ 427-75 ;
- штангенциркуль Щ-П-250-0,1 ГОСТ 166-89 ;
- лупа измерительная ЛИЗ - 10<sup>X</sup> ГОСТ 25706-83 ;
- термометр 0-100°C ТУ 25-II.663-76

Проверка - первичная

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29169-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип - Пипетки с одной отметкой : 2-2-5 ; 2-2-10 ; 2-2-10,77 ; 2-2-25 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: 242600, г. Дятьково, Брянской обл.,  
ул. Ленина, 182, кор. 5

тел. (08333) 3-44-05

тел/факс (0833) 3-27-02

Директор ООО "МинимедПром"

Ю.В.АХРАМЕЕВ

