


СОГЛАСОВАНО



Мерники технические М1-2000, М1-250	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 35764-07
--	--

Изготовлены по технической документации фирмы «RODINA-HASKOVO», Болгария. Заводские номера №№ 3348, 3349.

Назначение и область применения

Мерники технические М1-2000, М1-250 (далее - мерники) предназначены для измерений объема спирта, винопродуктов или водно-спиртовых растворов методом слива или налива.

Область применения – спиртовая и винодельческая промышленность.

Описание

Мерники технические М1-2000 и М1-250 стационарные, 1-го класса по ГОСТ 13844-68.

Мерник технический М1-2000 является мерой полной вместимости и представляет собой цилиндрический сосуд с горизонтальной осью, двумя смотровыми стеклами, расположенными посередине мерника и на вертикальной горловине, на смотровом стекле горловины закреплена шкальная пластина с отметкой о вместимости. Угол наклона оси к горизонтальной плоскости составляет 5° , для обеспечения полного слива измеряемой жидкости.

Мерник технический М1-250 шкальный представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд со смотровыми окнами с закрепленными шкальными пластинами.

Основные технические характеристики

Номинальное значение вместимости мерников, дм^3 :	
М1-2000 зав№ 3348.....	20000.
М1-250 зав№ 3349.....	2500.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, %.....	
$\pm 0,2$.	
Диапазон температуры измеряемой жидкости, $^\circ\text{C}$	
от минус 25 до плюс 40.	
Цена деления шкалы, л (для М1-250).....	
50.	
Габаритные размеры, мм,	
М1-250	3300x2328x5010.
М1-2000	1224x3195.
Масса мерника не более, кг	
М1-250	320.
М1-2000	1700.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку и на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность

В комплект поставки входят: мерник технический, паспорт.

Поверка

Поверка мерников проводится в соответствии с ГОСТ 13844-68 «Мерники металлические технические. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки: образцовые мерники 1-го разряда.

Межповерочный интервал - 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 13844-68 «Мерники металлические технические. Методы и средства поверки».

Техническая документация фирмы-изготовителя «RODINA-HASKOVO» Болгария.

Заключение

Тип мерников технических М1-2000, М1-250 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации.

Сертификат соответствия №РОСС ВG.АИ36.А37435 от 12.12.2007, выданы органом по сертификации продукции «ТЕСТ-ГРУПП» рег.№ РОСС RU.0001.11АИ36.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №780101513П012801 12 07 от 07.12.2007

Изготовитель

Фирма: «RODINA-HASKOVO»,
Bulgaria, Haskovo, P.O.B. 164, tel. +35938/624727

Заявитель:
ООО «ФРУКТОНАД ГРУПП»
141700 Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,
микрорайон Павельцево, ул. Озерная д. 13а

От заявителя:
Директор
ООО «ФРУКТОНАД ГРУПП»



Шевелев С.В.