

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Руководитель ГЦИ СИ,  
заместитель генерального  
директора ФГУП «ВНИИФТРИ»

М.В. Балаханов

" 13 " 11 2007 г.

<b>Анализатор цепей векторный E8363B</b>	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>36801-08</u> Взамен №
--	---

Изготовлен по технической документации фирмы «Agilent Technologies», США.  
Заводской номер MY43030742.

## Назначение и область применения

Анализатор цепей векторный E8363B (далее – анализатор) предназначен для измерения и панорамного отображения амплитудно-частотных, фазо-частотных характеристик коэффициентов передачи и отражения различных СВЧ устройств.

Анализатор применяется в научно-исследовательских лабораториях, в производстве, при ремонте СВЧ аппаратуры.

## Описание

Принцип действия анализатора основан на методе последовательного анализа.

Анализатор представляет собой совокупность автоматически перестраиваемого генератора сигналов и синхронно перестраиваемых векторных приемников. В качестве гетеродина ВЧ напряжения с линейно изменяющейся во времени частотой используется генератор, стабилизированный по частоте системой ФАПЧ относительно частоты опорного кварцевого генератора.

Управление работой анализатора осуществляется с помощью кнопок на передней панели или функциональной клавиатуры сенсорного экрана системного блока.

Конструктивно анализатор выполнен в виде моноблока.

## Основные технические характеристики

Номинальная частота внутреннего опорного кварцевого генератора, МГц	10
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного кварцевого генератора	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$

Диапазон установки частоты, Гц	от $1 \cdot 10^7$ до $4 \cdot 10^{10}$
Младший разряд установки частоты генератора, Гц	1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты:	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$
Максимальная мощность на выходе генератора, дБм <sup>(1)</sup>	
в диапазоне частот	
от 10 до 45 МГц	2,0
от 45 МГц до 10 ГГц	3,0
от 10 до 20 ГГц	ноль
от 20 до 30 ГГц	минус 4
от 30 до 40 ГГц	минус 8
Минимальная мощность на выходе генератора, дБм	минус 87,0
Пределы допускаемой относительной погрешности установки мощности генератора минус 17 дБм, дБ	
в диапазоне частот	
от 10 до 45 МГц	$\pm 2,0$
от 45 МГц до 10 ГГц	$\pm 1,5$
от 10 до 20 ГГц	$\pm 2,0$
от 20 до 40 ГГц	$\pm 3,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки мощности из-за нелинейности, дБ относительно мощности минус 17 дБм	$\pm 1,0$
Уровень второй и третьей гармоники относительно основной гармоники, дБ	минус 23
Мощность собственных шумов приемника, дБм при ширине полосы промежуточной частоты (ПЧ) 1 кГц	
в диапазоне частот	
от 10 до 45 МГц	минус 57
от 45 МГц до 500 МГц	минус 68
от 500 МГц до 2 ГГц	минус 93
от 2 до 10 ГГц	минус 96
от 10 до 20 ГГц	минус 98
от 20 до 40 ГГц	минус 90
10 Гц	
в диапазоне частот	
от 10 до 45 МГц	минус 77
от 45 МГц до 500 МГц	минус 88
от 500 МГц до 2 ГГц	минус 113
от 2 до 10 ГГц	минус 116
от 10 до 20 ГГц	минус 118
от 20 до 40 ГГц	минус 110

(1) - дБм – децибел относительно милливатта

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения КСВН, %

В коаксиальном тракте 2,4 мм

при КСВН 1,4

в диапазоне частот

от 45 МГц до 2 ГГц

±2,1

от 2 до 8 ГГц

±2,1

от 8 до 20 ГГц

±5,0

от 20 до 40 ГГц

±13,0

при КСВН 2,0

в диапазоне частот

от 45 МГц до 2 ГГц

±2,3

от 2 до 8 ГГц

±2,8

от 8 до 20 ГГц

±6,5

от 20 до 40 ГГц

±16,7

при КСВН 3,0

в диапазоне частот

от 45 МГц до 2 ГГц

±3,6

от 2 до 8 ГГц

±4,2

от 8 до 20 ГГц

±9,3

от 20 до 40 ГГц

±25,2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения КСВН, %

В коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм

при КСВН 1,4

в диапазоне частот

от 45 до 500 МГц

±2,0

от 500 МГц до 2 ГГц

±2,1

от 2 до 8 ГГц

±3,5

от 8 до 20 ГГц

±4,5

при КСВН 2,0

в диапазоне частот

от 45 до 500 МГц

±2,5

от 500 МГц до 2 ГГц

±3,0

от 2 до 8 ГГц

±4,5

от 8 до 20 ГГц

±6,0

при КСВН 3,0

в диапазоне частот

от 45 до 500 МГц

±4,0

от 500 МГц до 2 ГГц

±4,5

от 2 до 8 ГГц

±6,8

от 8 до 20 ГГц

±9,0

В коаксиальном тракте 7/3,04 мм (N тип)

при КСВН 1,4

в диапазоне частот

от 45 до 500 МГц

± 2,5

от 500 МГц до 2 ГГц

±2,8

от 2 до 8 ГГц

±4,1

от 8 до 20 ГГц

±5,7

при КСВН 2,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±3,2
от 500 МГц до 2 ГГц	±3,5
от 2 до 8 ГГц	±5,4
от 8 до 20 ГГц	±7,2
при КСВН 3,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±4,5
от 500 МГц до 2 ГГц	±5,0
от 2 до 8 ГГц	±7,8
от 8 до 20 ГГц	±11,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы  
коэффициента отражения, °

В коаксиальном тракте 2,4 мм

при КСВН 1,4	
в диапазоне частот	
от 45 МГц до 8 ГГц	±3,5
от 8 до 20 ГГц	±7,8
от 20 до 40 ГГц	±19,4

при КСВН 2,0	
в диапазоне частот	
от 45 МГц до 8 ГГц	±2,1
от 8 до 20 ГГц	±4,6
от 20 до 40 ГГц	±11,2

при КСВН 3,0	
в диапазоне частот	
от 45 МГц до 8 ГГц	±1,7
от 8 до 20 ГГц	±3,7
от 20 до 40 ГГц	±8,8

В коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм

при КСВН 1,4	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±3,1
от 500 МГц до 2 ГГц	±3,5
от 2 до 8 ГГц	±5,3
от 8 до 20 ГГц	±6,6

при КСВН 2,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±1,9
от 500 МГц до 2 ГГц	±2,2
от 2 до 8 ГГц	±3,3
от 8 до 20 ГГц	±4,2

при КСВН 3,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±1,6
от 500 МГц до 2 ГГц	±1,8
от 2 до 8 ГГц	±2,8
от 8 до 20 ГГц	±2,5
В коаксиальном тракте 7/3,04 мм (N тип)	
при КСВН 1,4	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	± 4,0
от 500 МГц до 2 ГГц	±4,4
от 2 до 8 ГГц	±6,5
от 8 до 20 ГГц	±8,3
при КСВН 2,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±2,4
от 500 МГц до 2 ГГц	±2,7
от 2 до 8 ГГц	±3,9
от 8 до 20 ГГц	±5,1
при КСВН 3,0	
в диапазоне частот	
от 45 до 500 МГц	±1,8
от 500 МГц до 2 ГГц	±2,1
от 2 до 8 ГГц	±3,1
от 8 до 20 ГГц	±4,2
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента передачи (A), не более дБ	
при A от минус 50 до 0 дБ	
В коаксиальном тракте 2,4 мм	
в диапазоне частот	
от 45 до 2 ГГц	±0,7
от 2 до 8 ГГц	±0,15
от 8 до 20 ГГц	±0,25
от 20 до 40 ГГц	±0,5
В коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм и 7/3,04 мм (N тип)	
в диапазоне частот:	
от 45 до 500 МГц	±0,16
от 500 МГц до 2 ГГц	±0,16
от 2 до 8 ГГц	±0,2
от 8 до 20 ГГц	±0,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы коэффициента передачи, °	
В коаксиальном тракте 2,4 мм	
при A от минус 50 до 0 дБ	
в диапазоне частот:	
от 45 МГц до 2 ГГц	±5,0
от 2 до 8 ГГц	±1,0
от 8 до 20 ГГц	±1,6
от 20 до 40 ГГц	±3,5

В коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм и 7/3,04 мм (N тип)

в диапазоне частот:

от 45 до 500 МГц	±1,0
от 500 МГц до 2 ГГц	±1,0
от 2 до 8 ГГц	±1,4
от 8 до 20 ГГц	±1,8

Дисплей

жидкокристаллический

Питание:

от сети от переменного тока

Напряжение, В (220 ± 22)

Масса не более, кг

29

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм

470x435x280

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от 20 °С до 26 °С

относительная влажность окружающего воздуха при 25°С, не более, % 95

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800)

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации

Е8363-90026 РЭ методом компьютерной графики.

### Комплектность

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Анализатор цепей векторный Е8363В		1 шт.
2	Набор калибровочных мер 2,4 мм	85056D	1 шт.
3	Набор калибровочных мер 3,5 мм	85052D	1 шт.
4	Набор калибровочных мер N тип	85054D	1 шт.
5	Сетевой шнур		1 шт.
6	Руководство по эксплуатации	Е8363-90026 РЭ	1 экз.
7	Методика поверки	Е8363-90026 МП	1 экз.
8	Набор СВЧ кабелей	85133F	1 комплект

## Поверка

Поверка проводится в соответствии с документом «Анализатор цепей векторный E8363B. Методика поверки» E8363-90026 МП, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 07.11.2007

Основное поверочное оборудование: частотомеры электронно-счетные ЧЗ-64 ( $0,005 \div 1 \cdot 10^9$  Гц;  $\delta f = \pm 5 \cdot 10^{-7}$ ), ЧЗ-66 ( $0,82 \div 37,5$  ГГц;  $\delta f = \pm 5 \cdot 10^{-7}$ ); анализатор спектра E4440A ( $0,01 - 26,5$  ГГц,  $\delta f = \pm 5 \cdot 10^{-7}$ ); измеритель отношения мощностей из состава ГЭТ 26-94 ( $0 - 15$  дБ,  $\delta_H = \pm 0,003$  дБ на 10 дБ); блок ваттметра измерительный E4418B ( $\delta P = \pm 0,0068$  дБ); преобразователь измерительный 8487A ( $f = 0,01 - 40$  ГГц,  $P = 1$  мкВт – 1 Вт,  $\delta P = \pm 0,5$  дБ); аттенюатор ступенчатый AP-1 ( $0 - 18$  ГГц,  $0 - 110$  дБ,  $\delta A \pm 1,5$  дБ); измеритель сопротивления В7-78/1 ( $R = 1 - 100$  Ом,  $\delta R \pm 0,001$  Ом); комплект КИСК-3,5; комплект КИСК-7; резистивный делитель мощности из комплекта измерителя КСВН панорамного P2-78 ( $0 - 20$  ГГц).

Межповерочный интервал: один год.

## Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ Р 51318.22-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 60065-2002. Аудио-видео и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности.

Техническая документация фирмы «Agilent Technologies», США

## Заключение

Тип анализатора цепей векторного E8363B (№МУ43030742) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации.

Изготовитель: Фирма «Agilent Technologies», США.

Заявитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (Технический университет)» - МИЭТ (ТУ).

Адрес: МИЭТ (ТУ), 124498, Москва, Зеленоград проезд 4806, д.5.

Проректор МИЭТ (ТУ)  
по научной работе



Бархоткин В.А.