


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>40910-09</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по технической документации компании "LeCroy Corporation" (США).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A (далее - осциллографы) предназначены для исследования формы и измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов с индикацией результатов измерений на экране.

Основными областями применения осциллографов являются электро-радиоизмерения при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.

ОПИСАНИЕ

Конструктивно каждый осциллограф выполнен в виде моноблока.

Осциллографы являются многофункциональными средствами измерений параметров сигналов.

Принцип действия основан на аналогово-цифровом преобразовании входного сигнала осциллографа с последующей его цифровой обработкой и индикацией выборки сигнала на экране осциллографа. Встроенный микропроцессор обеспечивает диалоговое управление работой осциллографа, задает электрические и временные режимы функционирования, выводит на экран форму сигнала и результаты измерений. Вывод протоколов измерений осуществляется через интерфейсы (GPIB, RS232 или сетевую карту Ethernet 10/100 Мбит) на внешний принтер или компьютер. Сопряжение с другими внешними устройствами осуществляется через интерфейсы USB-2.0 (3 разъема), PS/2 (2 разъема), LPT, SVGA, LAN.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям осциллографы соответствуют 3 группе ГОСТ 22261-94.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полоса пропускания, время нарастания переходной характеристики (ПХ), количество каналов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация осциллографов	Полоса пропускания (уровень -3 дБ)		Время нарастания ПХ, не более		Количество каналов
	R _{вх} = 50 Ом	R _{вх} =1 МОм	R _{вх} = 50 Ом (K _о от 10 мВ/дел до 1В/дел)	R _{вх} = 1 МОм (K _о от 10 мВ/дел до 10В/дел)	
WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A	200 МГц 150 МГц (K _о = 2 мВ/дел)	200 МГц	1,75 нс 2,33 нс	1,75 нс	4
WaveSurfer 42Xs-A WaveSurfer 44Xs-A WaveSurfer 44MXs-A	400 МГц 150 МГц (K _о = 2 мВ/дел)	400 МГц	875 пс 2,33 нс	875 пс	2 4
WaveSurfer 62Xs-A WaveSurfer 64Xs-A WaveSurfer 64MXs-A	600 МГц 500 МГц (K _о = 5 мВ/дел) 150 МГц (K _о = 2 мВ/дел)	500 МГц	580 пс 700 нс 2,33 нс	700 пс	2 4
WaveSurfer 104Xs-A WaveSurfer 104MXs-A	1 ГГц 800 МГц (K _о = 5 мВ/дел) 350 МГц (K _о = 2 мВ/дел)	500 МГц	350 пс 450 пс 1 нс	700 пс	4

Максимальная частота дискретизации (F) в однократном режиме 2,5x10⁹ отсчет/с

Максимальная частота дискретизации (F) в однократном режиме при объединении каналов (только для WaveSurfer 104Xs) 5,0x10⁹ отсчет/с

Входное сопротивление переключаемое 50 Ом/1 МОм.

Диапазон коэффициента отклонения (K_о):

на нагрузке 50 Ом от 2 мВ/дел до 1 В/дел

на нагрузке 1 МОм от 2 мВ/дел до 10 В/дел

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

измерения напряжения постоянного тока (U), мВ ± (1,5 × 10⁻² × 8 × K_о + 2),
где 8 - количество делений по вертикали, K_о выражен в мВ/дел.

Количество точек внутренней памяти (K_т) до 10×10⁶

Диапазон коэффициента развертки (K_р) от 200 пс/дел до 1000 с/дел

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

измерения временных интервалов, с ± (5 × 10⁻⁶ × T_{изм}),
где T_{изм} - измеренное значение в с.

Питание от сети переменного тока:

напряжение от 90 до 264 (В),

частота от 47 до 63 (Гц)

напряжение от 90 до 132 (В),

частота от 380 до 420 (Гц)

Потребляемая мощность, ВА, не более 300

Габаритные размеры, мм, не более:

длина 260

ширина 340

высота 154

Масса, кг, не более 6,95

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа проставляется на эксплуатационной документации осциллографов цифровых запоминающих WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A. Способ нанесения - типографский или с помощью штампа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Осциллографы цифровые запоминающие поставляются в следующем комплекте:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Осциллограф WaveSurfer 24Xs-A (WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A) | 1 шт. (модификация по заказу) |
| 2. Передняя крышка | 1 шт. |
| 3. Сетевой кабель | 1 шт. |
| 4. Пробник-делитель (1:1/1:10) | по количеству каналов |
| 5. Руководство по эксплуатации WRXs-A-GSM-ERevA917058-00RevAPЭ | 1 экз. |
| 6. Методика поверки WRXs-A-GSM-ERevA917058-00RevAMP | 1 экз. |

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом "Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A. Методика поверки" WRXs-A-GSM-ERevA917058-00RevA, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 25.06.2009 г.

Основное поверочное оборудование:

Калибратор осциллографов Fluke 9500B: диапазон напряжения постоянного тока на нагрузке 50 Ом от $\pm 1\text{мВ}$ до $\pm 5\text{В}$, на нагрузке 1 МОм от $\pm 1\text{мВ}$ до $\pm 200\text{В}$, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения $\pm (0,00025 \times U_{\text{вых}} + 25 \times 10^{-6})$, где $U_{\text{вых}}$ - установленное напряжение, В; длительность фронта испытательного импульса не более 500 пс или 150 пс для формирователя 9530, не более 70 пс для формирователя 9560, не более 25 пс для формирователя 9550, выходное сопротивление 50 Ом; диапазон частот генератора синусоидального напряжения с формирователем 9530 от 0,1 Гц до 3,2 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 2,5 \times 10^{-5} \%$.

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94. «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 22737-89. «Осциллографы электронно-лучевые. Номенклатура параметров и общие технические требования».

Техническая документация компании "LeCroy Corporation" (США).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип осциллографов цифровых запоминающих WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания "LeCroy Corporation" (США)
Адрес: 700 Chestnut Ridge Road
Chestnut Ridge, NY USA 10977-6499

Генеральный директор
ЗАО "ПриСТ"



А.А. Дедюхин