



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.C.35.002.A № 44310**

**Срок действия до 31 октября 2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Анализаторы сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНАР", г. Челябинск**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **48132-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**6684-062-21477812-2011МП**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **31 октября 2011 г. № 6290**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 002319

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Анализаторы сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т

#### Назначение средства измерений

Анализаторы сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т (далее – анализаторы) предназначены для измерения напряжения радиосигнала изображения с аналоговой и цифровой модуляцией, а также параметров качества приема сигналов стандарта DVB-T.

#### Описание средства измерений

Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания представляет собой приемник сигналов стандарта DVB-T с демодуляцией сигнала до транспортного потока MPEG-2. Входной тюнер является супергетеродинным приемником тройного преобразования частоты с ручной и автоматической перестройкой частоты. Коэффициент ошибок модуляции MER и констелляцион-ная диаграмма измеряются в процессе демодуляции COFDM сигнала на основе векторного анализа. Измерение напряжения радиосигнала осуществляется с помощью АЦП, после пикового детектирования сигнала с выхода логарифмического детектора усилителя третьей ПЧ прибора. Пломбирование анализатора для защиты от несанкционированного доступа, нанесение отпечатков клейм или наклеек производится с нижней стороны корпуса анализатора. Для защиты применяется защитная наклейка, закрывающая крепежный элемент, с предупреждающей надписью. Внешний вид анализатора показан на рисунке 1.



Рисунок 1

#### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) «ИТ-09» используется для отображения параметров сигналов, коэффициентов ошибок, выбора и запуска режимов. Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) указаны в таблице 1.  
Таблица 1.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО ИТ-09Т	9.3.0.	02	F53A110B	CRC-32

Доступ к ПО со стороны внешних органов отсутствует. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

### Метрологические и технические характеристики

- Диапазон частот входных сигналов .....от 45 до 865 МГц.
- Шаг перестройки по частоте ..... 125 кГц.
- Диапазон измерения напряжения входных сигналов от 30 до 120 дБ относительно 1 мкВ.
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения входных сигналов .....  $\pm 2,2$  дБ.
- Предел измерения коэффициента ошибок модуляции (MER) ..... 35 дБ.
- Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента ошибок модуляции при отношении сигнал/шум, равном 34 дБ .....  $\pm 2$  дБ.
- Питание:
  - от внешнего источника постоянного тока напряжением ... от 10 В до 14 В;
  - от внутренних аккумуляторов емкостью не менее ..... 1700 мАч.
- Ток, потребляемый от внешнего источника, не более ..... 0,7 А.
- Габаритные размеры (Д\*Ш\*В)..... (155\*82\*43) мм.
- Масса, не более..... 0,5 кг.
- Длительность непрерывной работы:
  - от аккумуляторов емкостью 1700 мАч, не менее ..... 4 ч;
  - от внешнего источника..... 24 ч.
- Средняя наработка на отказ, не менее..... 10000 ч.
- Срок службы, не менее..... 5 лет.
- Рабочие условия применения соответствуют 4 группе ГОСТ 22261-94.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации 6684-062-21477812-2009РЭ типографским способом и на анализатор способом, указанным в конструкторской документации.

### Комплектность средства измерений

Анализатор поставляется в комплекте, указанном в таблице 2.

Таблица 2- Комплект поставки.

Наименование	Обозначение	Кол.
Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т	6684-062-21477812-2009	1
Транспортная сумка	--	1
Аккумулятор NiMH, АА	--	4
ВЧ переход "F"- "F"	--	1
Руководство по эксплуатации	6684-062-21477812-2009РЭ	1
Методика поверки	6684-062-21477812-2011МП	1

### Поверка

осуществляется по документу «Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т. Методика поверки». 6684-062-21477812-2011МП, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.08.11 г.

Таблица 3. Основные средства поверки

Наименование СИ	Класс точности, погрешность, диапазон,
Генератор сигналов высочастотный Г4-176:	Диапазон частот 45 - 640 МГц. Погрешность уст. частоты $1,5 \cdot 10^{-7}$

Наименование СИ	Класс точности, погрешность, диапазон,
	Нестабильность выходного напряжения не более 0,05 дБ
Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-51	Основная погрешность в диапазоне частот от 45 до 865 МГц не более 4%, диапазон измерения мощности 0,1 мВт – 1 Вт
Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-58/1	Основная погрешность (на частоте от 45 до 865 МГц) не более 6 %
Тестер телерадиовещательный R&S SFE100	Выходной сигнал стандарта DVB-T. Диапазон частот от 45 до 865 МГц. Погрешность установки частоты не более $1,0 \cdot 10^{-6}$
Аттенюатор Д2-31	$D = 10 \text{ дБ} \pm 0,25 \text{ дБ}$ , КСВН $\leq 1,08$
Аттенюатор Д2-69 из комплекта ДК2-70	Погрешность $\leq 0,1 \text{ дБ}$

### Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений приведены в руководстве по эксплуатации 6684-062-21477812-2009РЭ

### Нормативные документы, устанавливающие требования к анализаторам сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т

- ГОСТ Р 52592-2006. Тракт передачи сигналов цифрового вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы. Общие требования. сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т
- ГОСТ 8.129-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты».
- ГОСТ Р 8.562-2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности и напряжения переменного тока синусоидальных электромагнитных колебаний.

### Рекомендации по областям применения в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений

Анализаторы ИТ-09Т могут использоваться при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) в электросвязи.

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАНАР»  
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 32  
тел./факс: (351) 266-70-85, 266-70-86 E-mail: [welcome@planar.chel.ru](mailto:welcome@planar.chel.ru)

### Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физикотехнических и радиотехнических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»), ГЛК, г.п. Менделеево, МО. т/ф 495 744 8112.

Аттестат аккредитации, действителен до 01.11.2013 г., зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №30002-08 от 04.12.2008 г..

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.п.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.