

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Дефектоскопы оптические Uvolle-Vi, DayCor Superb

#### Назначение средства измерений

Дефектоскопы оптические Uvolle-Vi, DayCor Superb (далее - дефектоскопы) предназначены для измерения в дневном свете координат дефектов (разрывы, механические повреждения, трещины изоляторных покрытий и др.), вызывающих коронные и дуговые разряды на линиях электропередач в распределительных устройствах, подстанциях, электроэнергетическом оборудовании.

#### Описание средства измерений

Принцип действия дефектоскопов основан на совмещении двух каналов наблюдения - видимого и ультрафиолетового (УФ). В дефектоскопе установлен фильтр, поглощающий солнечное излучение, который позволяет принимать УФ излучение коронных и дуговых разрядов в области длин волн от 250 до 280 нм.

В дефектоскопах предусмотрено два режима фокусировки на объект - автоматический и ручной. Изменение масштаба видимого изображения позволяет наблюдать дефект при различных увеличениях. Дефектоскопы состоят из портативной телевизионной камеры с жидкокристаллическим дисплеем, сетевого адаптера, батареи питания, зарядного устройства, кабеля для подключения к последовательному порту компьютера. Дефектоскопы укомплектованы картами памяти для архивирования результатов измерений.

Фотография общего вида дефектоскопов приведена на рисунке 1.



Uvolle-Vi



DayCor Superb

Рисунок 1 – Общий вид дефектоскопов

Дефектоскопы являются портативными приборами и применяются на линиях электропередач, объектах энергетики, транспорта и других объектах народного хозяйства.

#### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) «SOFT WARE», устанавливаемое на электронные блоки дефектоскопов, осуществляет управление электронным блоком, выполняет изменение настроек, отображение видимых и УФ сигналов на экране дефектоскопов. Идентификационные признаки ПО дефектоскопов соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
SOFT WARE	5.2 и выше	-	-

Защита программного обеспечения дефектоскопов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А согласно МИ 3286-2010.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение	
	Uvolle-Vi	DayCor Superb
Угол обзора, $\alpha, \dots^\circ$ - по оси X; - по оси Y	4,8 6,4	5,0 3,75
Диапазон измерения координат дефектов, м	От 0 до $2 \cdot L \cdot \operatorname{tg}(\alpha/2)$ , где L – расстояние от дефектоскопа до дефекта, м; $\alpha$ – угол обзора по осям X и Y, $\dots^\circ$	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения координат дефектов, %	$\pm 15$	
Пределы допускаемой относительной погрешности совмещения видимого и УФ каналов наблюдения, %	$\pm 0,1$	
Минимальное фокусное расстояние, м	1,5	3
Габаритные размеры электронного блока не более (длина, высота, ширина), мм	280 x 100 x 70	230 x 180 x 150
Масса электронного блока, не более, кг	1,29 с батареей питания	3,3 без батареи питания
Питание осуществляется от: - батареи постоянного тока напряжением, В - от сети переменного тока через адаптер напряжением, В	6 7,5	12,5 - 18 12
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$ Относительная влажность воздуха при температуре плюс $25^\circ\text{C}$ , %	От 0 до плюс 55  До 95	

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати и на информационную панель электронного блока дефектоскопа методом наклеивания этикетки.

## Комплектность средства измерений

Таблица 3

№ п/п	Наименование и условное обозначение	Количество	
		Uvolle-Vi	DayCor Superb
1.	Дефектоскоп оптический	1 шт.	1 шт.
2.	Сетевой адаптер	1 шт.	1 шт.
3.	Батарея питания	1 шт.	1 шт.
4.	Карта памяти	1 шт.	1 шт.
5.	Кабель связи (COM)	1 шт.	1 шт.
6.	Накладка для переноски, поясные ремни и передняя подкладка	1 компл.	1 компл.
7.	Жесткий кейс для переноски дефектоскопа	1 шт.	1 шт.
8.	Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.
9.	Методика поверки	1 экз.	1 экз.

### Поверка

осуществляется согласно методике поверки МП 28.Д4-12 «ГСИ. Дефектоскопы оптические Uvolle-Vi, DayCor Superb. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в декабре 2013 г.

Основные средства поверки:

1. Спектральная лампа второго разряда по ГОСТ Р 8.763-2011.
2. Линейка по ГОСТ 427-75. Диапазон измерений от 0 до 250 мм, цена деления 1 мм.
3. Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98. Диапазон измерений от 1 до 5000 мм.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений приведены в руководствах по эксплуатации «Дефектоскопы оптические Uvolle-Vi. Руководство по эксплуатации» и «Дефектоскопы оптические DayCor Superb. Руководство по эксплуатации».

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дефектоскопам оптическим Uvolle-Vi, DayCor Superb

Техническая документация фирмы Ofil Ltd, Израиль.

### Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Дефектоскопы оптические Uvolle-Vi, DayCor Superb применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

### Изготовитель

Фирма Ofil Ltd, Израиль.

Адрес: 16 Einstein str. Nes Ziona 74140.

Телефон: +972.8.9407953, факс: +972.8.9407873.

E-mail: [info@OfilSystems.com](mailto:info@OfilSystems.com)

Сайт: [www.OfilSystems.com](http://www.OfilSystems.com)

**Заявитель**

Открытое акционерное общество «Пергам-инжиниринг» (ОАО «Пергам-инжиниринг»), г. Москва.

Адрес офиса: РФ, г. Москва, проезд Ольминского, 3А, офис 830.

Телефон: (495) 282-13-93, (495) 282-51-09, (495) 282-70-84, факс: (495) 216-66-14.

E-mail: [forward@pergam.ru](mailto:forward@pergam.ru).

Сайт: [www.pergam.ru](http://www.pergam.ru).

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИОФИ")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.

Телефон: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47.

E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru).

Сайт: [www.vniiofi.ru](http://www.vniiofi.ru).

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ», по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-08 от 30.12.2008 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.